FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 1 **INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S. –INNOVATEK S.A.S.**	
No. DE PROCESO	**SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 023 DE 2018** **GRUPO # 5**
OBJETO	**Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima**
PRESUPUESTO OFICIAL:	**Presupuesto Oficial: $ 692.402.942,20** **Presupuesto Grupo 5: $ 157.424.620.00**
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	**Presupuesto Oficial: 886.28 SMMLV** **Presupuesto Grupo 5: 201 SMMLV**
REPRESENTANTE LEGAL	YENNIFFER MARCELA CORTES IBAÑEZ

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(corresponde al Anexo 002, Ofrecimiento Técnico)

ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
QuEChERS (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA +400 mg C18) 4000 UNIDADES	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento OFERTA página 87	CUMPLE
QuEChERS (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA +400 mg C18+ 400 Carbon Black o GCB) 1000 UNIDADES	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento OFERTA página 88	CUMPLE
QuECHeRS liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 0.5 gramos (DHS) SCDS + 1 gramos TSCD). Con tubo de centrifuga de 50 mL 4000 UNIDADES	El proponente allega las sales en la especificación técnica en el documento OFERTA página 88, sin embargo la presentación ofertada no incluye el tubo de centrifuga de 50 ml, por lo cual no cumple.	**NO CUMPLE**

2. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS

REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
El proponente debe anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Oferta técnica y anexo de los ítem 1 y 2. Se solicitaron las fichas técnicas en español las cuales fueron aclaradas. En la ficha técnica del ítem 5, se presenta: "Q-sep QuEChERS, paquetes de sal de extracción solamente", no cumple la especificación requerida de tubo de 50 ml	**NO CUMPLE**

3. EXPERIENCIA		
REQUISITO SOLICITADO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación mediante certificaciones contráctales para los grupos 2,3,4,6,7,8 y 9 de máximo tres (3) contratos y para los grupos 1 y 5 de máximo cinco (5) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con anterioridad a la fecha del cierre del presente proceso, expedida por entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, cuyos objetos se encuentren relacionados con los grupos a los cuales se presentan y el objeto del presente proceso. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue: Grupo 5: 201 SMMLV	***Documento: EXPERIENCIA*** ***Página: 1*** ***Nombre del contratista: Innovación Tecnológica Ltda*** ***Nombre del contratante: : Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a nivel nacional*** ***Valor contratado en SMMLV: 341***	**CUMPLE**
4. OFERTA TÉCNICA		
REQUISITO SOLICITADO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica. La propuesta que no cumpla con estas condiciones será rechazada, limitando su participación en la Subasta Inversa. NOTA: Los errores u omisiones en la presentación del ofrecimiento técnico, no darán lugar a modificaciones posteriores de las características técnicas ofertadas,	Se allega anexo 2 (página 3), en el cual se observa que se presenta al grupo 5.	CUMPLE

es decir que dicho ofrecimiento no es subsanable, en la medida que constituiría reformulación de la oferta. PARA EL PRESENTE CASO EL PROPONENTE DEBERÁ IDENTIFICAR EN EL ANEXO 2 A QUE GRUPOS SE PRESENTA. LA NO PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 NO ES SUBSANABLE		

Una vez verificados los documentos anexos y la propuesta presentada para el Grupo 5 por la firma **INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S. –INNOVATEK S.A.S.**, se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por la entidad.

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA		
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 2 **ARICEL S.A.S.**		
No. DE PROCESO	***SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 023 DE 2018*** ***GRUPO # 5***	
OBJETO	***Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima***	
PRESUPUESTO OFICIAL:	***Presupuesto Oficial: $ 692.402.942,20*** ***Presupuesto Grupo 5: $ 157.424.620.00***	
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	***Presupuesto Oficial: 886.28 SMMLV*** ***Presupuesto Grupo 5: 201 SMMLV***	
REPRESENTANTE LEGAL	ANA SOLEDAD IZQUIERDO ROA	
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ***(corresponde al Anexo 002, Ofrecimiento Técnico)***		
ESPECIFICACIÓN	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
QuEChERS (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA +400 mg C18) 4000 UNIDADES	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento 13. FICHAS TECNICAS GRUPO 2,5 Y 7 página 6	CUMPLE
QuEChERS (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA +400 mg C18+ 400 Carbon Black o GCB) 1000 UNIDADES	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento 13. FICHAS TECNICAS GRUPO 2,5 Y 7 página 6	CUMPLE
QuECHeRS liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 0.5 gramos (DHS) SCDS + 1 gramos TSCD). Con tubo de centrifuga de 50 mL 4000 UNIDADES	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento 13. FICHAS TECNICAS GRUPO 2,5 Y 7 página 6	CUMPLE
2. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS		
REQUISITO SOLICITADO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**

El proponente debe anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento 13. FICHAS TECNICAS GRUPO 2,5 Y 7 página 6	CUMPLE
3. EXPERIENCIA		
REQUISITO SOLICITADO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación mediante certificaciones contráctales para los grupos 2,3,4,6,7,8 y 9 de máximo tres (3) contratos y para los grupos 1 y 5 de máximo cinco (5) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con anterioridad a la fecha del cierre del presente proceso, expedida por entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, cuyos objetos se encuentren relacionados con los grupos a los cuales se presentan y el objeto del presente proceso. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue: Grupo 5: 201 SMMLV	Documento: EXPERIENCIA Página: 1 Nombre del contratista: ARICEL Nombre del contratante: : INVIMA (149 SMMLV) +COLDEPORTES(171 SMMLV)+UDEA (130 SMMLV) Valor contratado en SMMLV: 450 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: 918127997 A29EC RUP (3) RUP (13), RUP (15)	CUMPLE
4. OFERTA TÉCNICA		
REQUISITO SOLICITADO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones.	Se allega anexo 2 (página 2) , en el cual se observa que se presenta al grupo 5.	CUMPLE

Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica. La propuesta que no cumpla con estas condiciones será rechazada, limitando su participación en la Subasta Inversa. NOTA: Los errores u omisiones en la presentación del ofrecimiento técnico, no darán lugar a modificaciones posteriores de las características técnicas ofertadas, es decir que dicho ofrecimiento no es subsanable, en la medida que constituiría reformulación de la oferta. PARA EL PRESENTE CASO EL PROPONENTE DEBERÁ IDENTIFICAR EN EL ANEXO 2 A QUE GRUPOS SE PRESENTA. LA NO PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 NO ES SUBSANABLE		

Una vez verificados los documentos anexos y la propuesta presentada para el Grupo 5 por la firma **ARICEL S.A.S.** se encuentra que el proponente **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por la entidad.

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA		
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 3 QUIMITRONICA LTDA		
No. DE PROCESO	***SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 023 DE 2018 GRUPO # 5***	
OBJETO	***Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima***	
PRESUPUESTO OFICIAL:	***Presupuesto Oficial: $ 692.402.942,20 Presupuesto Grupo 5: $ 157.424.620.00***	
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	***Presupuesto Oficial: 886.28 SMMLV Presupuesto Grupo 5: 201 SMMLV***	
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO HERNAN VELANDIA CASALLAS	
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ***(corresponde al Anexo 002, Ofrecimiento Técnico)***		
ESPECIFICACIÓN	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
QuEChERS (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA +400 mg C18) 4000 UNIDADES	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento FICHAS TECNICAS página 11	CUMPLE
QuEChERS (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA +400 mg C18+ 400	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento	CUMPLE

Carbon Black o GCB) 1000 UNIDADES	FICHAS TECNICAS página 12	
QuECHeRS liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 0.5 gramos (DHS) SCDS + 1 gramos TSCD). Con tubo de centrifuga de 50 mL 4000 UNIDADES	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento FICHAS TECNICAS página 13	CUMPLE
2. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS		
REQUISITO SOLICITADO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
El proponente debe anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento Oferta técnica y anexo Se requiere al proveedor allegar la traducción de las fichas al español, el proveedor allega lo solicitado.	CUMPLE
3. EXPERIENCIA		
REQUISITO SOLICITADO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación mediante certificaciones contráctales para los grupos 2,3,4,6,7,8 y 9 de máximo tres (3) contratos y para los grupos 1 y 5 de máximo cinco (5) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con anterioridad a la fecha del cierre del presente proceso, expedida por entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, cuyos objetos se encuentren relacionados con los grupos a los cuales se presentan y el objeto del presente proceso. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue: Grupo 5: 201 SMMLV	***Documento: CERT. EXPERIENCIA*** ***Página: 1*** ***Nombre del contratista: QUIMITRONICA LTDA*** ***Nombre del contratante: : EAB-ESP (654.72 SMLMV)*** ***REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: 3181486534C387*** ***RUP (65)***	CUMPLE

4. OFERTA TÉCNICA		
REQUISITO SOLICITADO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica. La propuesta que no cumpla con estas condiciones será rechazada, limitando su participación en la Subasta Inversa. NOTA: Los errores u omisiones en la presentación del ofrecimiento técnico, no darán lugar a modificaciones posteriores de las características técnicas ofertadas, es decir que dicho ofrecimiento no es subsanable, en la medida que constituiría reformulación de la oferta. PARA EL PRESENTE CASO EL PROPONENTE DEBERÁ IDENTIFICAR EN EL ANEXO 2 A QUE GRUPOS SE PRESENTA. LA NO PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 NO ES SUBSANABLE	Se allega anexo 2 (página 1) , en el cual se observa que se presenta al grupo 5.	CUMPLE

Una vez verificados los documentos anexos y la propuesta presentada para el Grupo 5 por la firma **QUIMITRONICA LTDA** se encuentra que el proponente **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por la entidad.

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 4 **INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S.A.S. -INSOLAB**	
No. DE PROCESO	***SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 023 DE 2018*** ***GRUPO # 5***
OBJETO	***Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima***
PRESUPUESTO OFICIAL:	***Presupuesto Oficial: $ 692.402.942,20*** ***Presupuesto Grupo 5: $ 157.424.620.00***

PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	***Presupuesto Oficial: 886.28 SMMLV*** ***Presupuesto Grupo 5: 201 SMMLV***
REPRESENTANTE LEGAL	JENNY PRISCILLA SEGURA BENITEZ

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(corresponde al Anexo 002, Ofrecimiento Técnico)

ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
QuEChERS (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA +400 mg C18) 4000 UNIDADES	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento FICHAS TECNICAS página 26-27	CUMPLE
QuEChERS (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA +400 mg C18+ 400 Carbon Black o GCB) 1000 UNIDADES	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento FICHAS TECNICAS página 28-29	CUMPLE
QuECHeRS liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 0.5 gramos (DHS) SCDS + 1 gramos TSCD). Con tubo de centrifuga de 50 mL 4000 UNIDADES	La referencia descrita en las FICHAS TECNICAS **5982-6650** hace alusión a solo empaques, no incluye los tubos de 50 ml por lo cual no cumple lo requerido (página 31-32).	**NO CUMPLE**

2. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS

REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
El proponente debe anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento FICHAS TECNICAS para los ítem 1 y 2, el ítem 3 no cumple lo requerido dado que hace alusión a solo empaques, no incluye los tubos de 50 ml por lo cual no cumple lo requerido (página 31-32).	**NO CUMPLE**

3. EXPERIENCIA

REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación mediante certificaciones contráctales para los grupos 2,3,4,6,7,8 y 9 de máximo tres (3) contratos y para los grupos 1 y 5 de máximo cinco (5) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con anterioridad a la fecha del cierre del presente proceso, expedida por entes	***Documento: EXPERIENCIA*** ***Página: 1*** ***Nombre del contratista: INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S.A.S. -INSOLAB*** ***Nombre del contratante: : Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses*** ***Valor contratado en SMMLV: 122.60*** ***Nombre del contratante: : Universidad***	**CUMPLE**

públicos o privados, nacionales o extranjeros, cuyos objetos se encuentren relacionados con los grupos a los cuales se presentan y el objeto del presente proceso. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue: Grupo 5: 201 SMMLV	***Industrial de Santander*** ***Valor contratado en SMMLV: 114.82*** ***Total = 237.42*** ***Registro único de proponentes: A186593077DB71*** ***RUP (37)*** ***RUP (41)***	
4. OFERTA TÉCNICA		
REQUISITO SOLICITADO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica. La propuesta que no cumpla con estas condiciones será rechazada, limitando su participación en la Subasta Inversa. NOTA: Los errores u omisiones en la presentación del ofrecimiento técnico, no darán lugar a modificaciones posteriores de las características técnicas ofertadas, es decir que dicho ofrecimiento no es subsanable, en la medida que constituiría reformulación de la oferta. PARA EL PRESENTE CASO EL PROPONENTE DEBERÁ IDENTIFICAR EN EL ANEXO 2 A QUE GRUPOS SE PRESENTA. LA NO PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 NO ES SUBSANABLE	Se allega anexo 2 (página 2) , en el cual se observa que se presenta al grupo 5.	CUMPLE

Una vez verificados los documentos anexos y la propuesta presentada para el Grupo 5 por la firma **INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S.A.S. -INSOLAB** se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por la entidad.

FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	
NOMBRE DEL PROPONENTE No. 5 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	
No. DE PROCESO	***SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 023 DE 2018 GRUPO # 5***
OBJETO	***Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima***
PRESUPUESTO OFICIAL:	***Presupuesto Oficial: $ 692.402.942,20 Presupuesto Grupo 5: $ 157.424.620.00***
PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMMLV	***Presupuesto Oficial: 886.28 SMMLV Presupuesto Grupo 5: 201 SMMLV***
REPRESENTANTE LEGAL	ABDÓN MARCELO ANDRADE CHÁVES

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(corresponde al Anexo 002, Ofrecimiento Técnico)

ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
QuEChERS (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA +400 mg C18) 4000 UNIDADES	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento FICHAS TECNICAS GRUPO 5- ITEM 1 página 1	CUMPLE
QuEChERS (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA +400 mg C18+ 400 Carbon Black o GCB) 1000 UNIDADES	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento FICHAS TECNICAS GRUPO 5- ITEM 2 página 1	CUMPLE
QuECHeRS liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 0.5 gramos (DHS) SCDS + 1 gramos TSCD). Con tubo de centrifuga de 50 mL 4000 UNIDADES	El proponente adjunta las sales en tubo de 15 mL como se observa en el documento FICHAS TECNICAS GRUPO 5- ITEM 3 página 1 por lo cual no cumple con lo requerido "tubos de 50 ml".	**NO CUMPLE**

2. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS

REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
El proponente debe anexar a la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada insumo, material y/o elemento donde se evidencien las características técnicas solicitadas. Si las fichas técnicas se encuentran en un idioma diferente al español, el proveedor deberá adjuntar adicionalmente una traducción simple al español de las características de los insumos solicitados.	Se evidencia cumplimiento de la especificación técnica en el documento FICHAS TECNICA para los ítem 1 y 2; no cumple el ítem 3 (cotiza tubo de 15 ml y el requerido es de 50 ml)	**NO CUMPLE**

3. EXPERIENCIA

REQUISITO SOLICITADO	NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación mediante certificaciones contráctales para los grupos 2,3,4,6,7,8 y 9 de máximo tres (3) contratos y para los grupos 1 y 5 de máximo cinco (5) contratos suscritos y ejecutados por el proponente con anterioridad a la fecha del cierre del presente proceso, expedida por entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, cuyos objetos se encuentren relacionados con los grupos a los cuales se presentan y el objeto del presente proceso. Los contratos, suscritos y ejecutados por el proponente, deben sumar por lo menos la cantidad señalada para cada uno de los Grupos como sigue: Grupo 5: 201 SMMLV	1. *Documento: 2) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE/CERTIFICACION ESE ISABU 1 –Rup No. 28* *Página: 1-2* *Nombre del contratista: Annar Diagnóstica Import S.A.S.* *Nombre del contratante: : Laboratorio Clínico del E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-ISABU* *Valor contratado: $221.071.780* *Valor contratado: 358,88* 2. *Documento: 2) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE/Hospital San Antonio Pitalito Cto. No. 157-2015 – Rup No.103* *Página: 1* *Nombre del contratista: Annar Diagnóstica Import S.A.S.* *Nombre del contratante: : HOSPITAL SAN ANTONIO DE PITALITO* *Valor contratado: $157.613.431* *Valor contratado: SMMLV: 244,61* 3. *Documento: 2) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE/Htl María Inmaculada Cto. No. 00915 –Rup No.23* *Página: 1-3* *Nombre del contratista: Annar Diagnóstica Import S.A.S.* *Nombre del contratante: : HOSPITAL MARIA INMACULADA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO* *Valor contratado: $260.616.498* *Valor contratada SMMLV: 454,22*	CUMPLE
4. OFERTA TÉCNICA		
REQUISITO SOLICITADO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO EN PDF Y OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
El proponente deberá presentar oferta técnica del bien o servicio que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones, que corresponde a la ficha técnica del	Se allega Formato Oferta Técnica A 2 (anexo 2) (página 3) , en el cual se observa que se presenta al grupo 5.	CUMPLE

bien o servicio que se contrata y los documentos soporte solicitados en el presente pliego de condiciones. Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de las condiciones y características mínimas y de los patrones de desempeño mínimos definidos en la ficha técnica. La propuesta que no cumpla con estas condiciones será rechazada, limitando su participación en la Subasta Inversa. NOTA: Los errores u omisiones en la presentación del ofrecimiento técnico, no darán lugar a modificaciones posteriores de las características técnicas ofertadas, es decir que dicho ofrecimiento no es subsanable, en la medida que constituiría reformulación de la oferta. PARA EL PRESENTE CASO EL PROPONENTE DEBERÁ IDENTIFICAR EN EL ANEXO 2 A QUE GRUPOS SE PRESENTA. LA NO PRESENTACIÓN DEL ANEXO 2 NO ES SUBSANABLE		

Una vez verificados los documentos anexos y la propuesta presentada para el Grupo 5 por la firma **ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.**, se encuentra que el proponente **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por la entidad.

Atentamente

Olga Lucía López Lara
Coordinadora Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas

VoBo. Sandra Aparicio- Profesional especializado/Jenny Carolina Fonseca– Profesional especializado