

CERTIFICATE OF ANALYSIS <i>Certyfikat analizy</i>	No. 36/23/DHR <i>Numer</i>
Product Name/ <i>Nazwa Produktu</i>	Medlance Plus, safety lancet Universal, 21G 1.8mm
Catalog Number/ <i>Numer Katalogowy</i>	7044
Order Number/ <i>Numer Zamówienia</i>	ZS-201/23 (email 27.01.2023)
Dispatch Number/ <i>Numer Listy Wysyłkowej</i>	87/2023
Lancet Drawing Revision/ <i>Numer Rysunku</i>	550.0200.4.0 R2g
Lot Number/ <i>Nr Serii</i>	C29H223M4
Date Of Production/ <i>Data Produkcji</i>	2022-11-04
Lot Quantity/ <i>Ilość</i>	100 000
Complete Needle Lot Number/ <i>Nr Serii Igły kompletnej</i>	29H222
Sterilization Certificate No./ Numer <i>Certyfikatu Sterylizacji</i>	264.591
Sterilization Date/ <i>Data sterylizacji</i>	2022-10-31
Expiry Date/ <i>Data Ważności</i>	2027 – 10 – 01
Sterilization Method/ <i>Metoda Sterylizacji</i>	Gamma Irradiation Co-60 Min 17,5 kGy - Max 40,0 kGy
<p>This document is to confirm that the product was tested for compliance with Product Specification ZN-2005/HTL-553-556.01 revision 21 by Quality Control and meets the relevant requirements</p> <p><i>Niniejszy dokument potwierdza, że wyrób został sprawdzony na zgodność z wymaganiami Specyfikacji Produktowej ZN-2005/HTL-553-556.01 wydanie 21 przez Kontrolę Jakości i spełnia stosowne wymagania tej specyfikacji</i></p>	
Date Of Preparing Certificate/ Data Sporządzenia Certyfikatu	2023-02-10
Signature/ Podpis	
Decision/ Decyzja	
ACCEPTED	<p>Specjalista ds. Jakości-Historia Wyrobu Quality Specialist - DHR</p> <p><i>M. Szymczak</i> Małgorzata Szymczak</p>



CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT: HB 201 CUVETTES
CODE: 111716 /
BATCH: 2303735
EXPDATE: 2025-03-13 (yyyy-mm-dd)

TESTS

Visual inspection with and without fresh whole blood

ASSAY

Relative error from ICSH (1)
Coefficient of variation

According to our files the tests above are within our specifications.

Ängelholm 2023-05-24 (yyyy-mm-dd)

Åsa Lundberg
Quality Control

(1) International Council for Standardization in Haematology
This is an electronic generated document
No signature is required