

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD				Código: E.GC-BIO-001		
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS				Versión: 1.0		
					Fecha aprobación: Julio 2024		
Página: Página 1							

INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO	BÁSCULA		REG. INVIMA	NO APLICA			
MARCA	SECA		D. IMPORTACIÓN	352024000040855-4			
MODELO	874RD		CLASE	I			
SERIE	10000001332906		CODIGO ECRI	13-455			
ACTIVO FIJO	0997		C. DE USO	MÉDICO			
UBICACIÓN	PLAYA RICA		C. BIOMÉDICA	DIAGNÓSTICO			
MOVIL	X		FIJO				



DESCRIPCIÓN							
EQUIPO UTILIZADO PARA MEDIR EL PESO CORPORAL							

REGISTRO HISTÓRICO							
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA		FABRICANTE	SECA			
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024		GARANTÍA	1 AÑO			
FECHA DE COMPRA	14/06/2024		COSTO	3213000			
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA		VIDA ÚTIL	SIN DATO			
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS		TELEFONO	SIN DATO			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTRÓNICO	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	BATERÍA	FRECUENCIA DE TRABAJO	NO APLICA	TEMPERATURA DE TRABAJO	10°C - 40°C
VOLTAJE	9 V	CORRIENTE	NO REGISTRA	POTENCIA	SIN DATO	PESO	4,1Kg

MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	

SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X				
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
		X		CALIBRACIÓN	X	VALIDACIÓN	

ACCESORIOS O COMPONENTES							
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			MODELO / REFERENCIA		SERIE	

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES							
NO TRANSPORTE LA BÁSCULA CON OBJETO ALGUNO SOBRE LA PLATAFORMA							
COLOCAR LA BÁSCULA SOBRE UNA SUPERFICIE FIRME Y NIVELADA							
NO SOBRE PASE LOS 200 Kg							