

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD		Código: E.GC-BIO-001	
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS		Versión: 1.0	
			Fecha aprobación: Julio 2024	
		Página: Página 1		

INFORMACIÓN DEL EQUIPO				
EQUIPO	CAMA GINECOBSTÉTRICA	REG. INVIMA	2023DM-0027454	
MARCA	LOS PINOS	D. IMPORTACIÓN	NO APLICA	
MODELO	9720B	CLASE	I	
SERIE	525175	CODIGO ECRI	10-347	
ACTIVO FIJO	1014	C. DE USO	APOYO	
UBICACIÓN	PLAYA RICA	C. BIOMÉDICA	REHABILITACIÓN	
MOVIL		FIJO	X	



DESCRIPCIÓN	
EQUIPO UTILIZADO PARA DESCANSO Y REVISIÓN DE PACIENTE GINECOLÓGICO. ADEMÁS PERMITE REALIZAR MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA LA LABOR DEL PARTO.	

REGISTRO HISTÓRICO			
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA	FABRICANTE	INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024	GARANTÍA	1 AÑO
FECHA DE COMPRA	14/06/2024	COSTO	25.406.500
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA	VIDA ÚTIL	SIN DATOS
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS	TELEFONO	3203019306

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTROMECAÁNICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELECTRICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	60 Hz	TEMPERATURA DE TRABAJO	10°C -35°C
VOLTAJE	115 V	CORRIENTE	SIN DATO	POTENCIA	SIN DATO	PESO	180 Kg

MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	

SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
				CALIBRACIÓN		VALIDACIÓN	

ACCESORIOS O COMPONENTES			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO / REFERENCIA	SERIE
2	CORVERAS	SIN DATO	SIN DATO
2	ASIDERAS	SIN DATO	SIN DATO
1	COLCHON	SIN DATO	SIN DATO

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES
NO EXCEDA EL PESO MAXIMO PERMITIDO DE 180KG
NO PERMITA LA INCIDENCIA DIRECTA DE LA LUZ SOLA DEL EQUIPO
NO DEJE CAER SUSTANCIAS SOBRE LOS MODULOS ELECTRONICOS DEL EQUIPO