

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD		Código: E.GC-BIO-001	
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS		Versión: 1.0	
			Fecha aprobación: Julio 2024	
		Página: Página 1		

INFORMACIÓN DEL EQUIPO				
EQUIPO	CENTRIFUGA	REG. INVIMA	2014DM-0011507	
MARCA	BOECO	D. IMPORTACIÓN	032024000630526-3	
MODELO	C32A	CLASE	IIA	
SERIE	000501	CODIGO ECRI	16-764	
ACTIVO FIJO	1013	C. DE USO	APOYO	
UBICACIÓN	LABORATORIO	C. BIOMÉDICA	ANÁLISIS DE LABORATORIO	
MOVIL		FIJO	X	

DESCRIPCIÓN	
DISEÑADOS PARA USO EN LABORATORIO. ES UN EQUIPO MEDIANTE EL CUAL SE PONE EN ROTACIÓN DE FORMA CONTROLADA UNA MUESTRA Y APLICANDO FUERZA CENTRÍFUGA SE ACELERA LA SEPARACIÓN DE SUS COMPONENTES O FASES POR DECANTACIÓN O SEDIMENTACIÓN, SEGÚN SU DENSIDAD. EL DISPOSITIVO DEBE SER USADO POR PERSONAL ENTRENADO Y COMPETENTE BAJO PROTOCOLOS DE LABORATORIO PREDEFINIDOS	

REGISTRO HISTÓRICO			
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA	FABRICANTE	Boeckel + Co (GmbH + Co)
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024	GARANTÍA	1 AÑO
FECHA DE COMPRA	14/06/2024	COSTO	34.248.200
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA	VIDA ÚTIL	SIN DATOS
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS	TELÉFONO	3203019306

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTRÓNICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELECTRICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	NO APLICA	TEMPERATURA DE TRABAJO	5-40°C
VOLTAJE	100-127V	CORRIENTE	3A	POTENCIA	360VA	PESO	23KG

MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	

SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
		X		CALIBRACIÓN	X	VALIDACIÓN	

ACCESORIOS O COMPONENTES			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO / REFERENCIA	SERIE
1	CABLE DE PODER	SIN DATO	SIN DATO

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES	
VERIFIQUE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL EQUIPO	
NO PERMITA LA INCIDENCIA DIRECTA DE LA LUZ SOLA DEL EQUIPO	
NO DEJE CAER SUSTANCIAS SOBRE LOS MÓDULOS ELECTRÓNICOS DEL EQUIPO	