

EQUIPO	DESFIBRILADOR			MARCA	MINDRAY
MODELO	BENEHEART D3			REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2020EBC-0005463-R1
SERIE	EZ-29096898				
CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
3	Rollos de papel para impresora				
1	Batería				
1	Cable AC				
1	Palas externas				
1	Frasco de gel				
2	Electrodos para desfibrilación adulto				
1	Set x5 electrodos para ECG adulto				
1	Cable adaptador para electrodos /test (50Ω)				
1	Interfaz cable ECG				
1	Cable ECG 5 leads				
	</				

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO							
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA			I		ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO		PREVENCION			IIA		ELECTRONICO	X	NEUMATICO
APOYO	X	REHABILITACION		X	IIB	x	MECANICO		VAPOR
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO			III		ELECTROMECHANICO		SOLAR
PROVEEDOR		EQUIMEDICAS		TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com		
REPRESENTANTE		MINDRAY COLOMBIA		TEL.	N/A	CORREO	N/A		
FABRICANTE		MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS		TEL.	N/A	PAIS	CHINA		
CARACTERISTICAS TÉCNICAS							OTROS SUMINISTROS		
VOLTAJE AC		110V	PRESION	N/A		GRASA			
VOLTAJE DC <small>(BATERÍA DE RESPALDO)</small>		14.8V	VELOCIDAD	N/A		AGUA			
CORRIENTE ELÉCTRICA		1.8-0.8º	VACIO	N/A		AIRE			
POTENCIA		190W	PESO DEL EQUIPO	8Kg		VAPOR			
FRECUENCIA		60Hz	VOLUMEN	N/A		REFRIGERANTE			
CONDICIONES AMBIENTALES			DIMENSIONES	550mm X 410mm X 375mm		GAS			
			FLUJO	N/A		ENERGIA	X		
TEMPERATURA	0°C HASTA 45°C		AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE				ACEITE		
HUMEDAD RELATIVA		10% HASTA 95%	N/R				OTROS		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12