

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD		Código: E.GC-BIO-001	
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS		Versión: 1.0	
			Fecha aprobación: Julio 2024	
		Página: Página 1		

INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS	REG. INVIMA	2017DM-0001459-R1
MARCA	RIESTER	D. IMPORTACIÓ	482024000078263-1
MODELO	RI-FORMER	CLASE	IIA
SERIE	SIN DATOS	CODIGO ECRI	NO APLICA
ACTIVO FIJO	0995	C. DE USO	MÉDICO
UBICACIÓN	PLAYA RICA	C. BIOMÉDICA	DIAGNÓSTICO
MOVIL		FIJO	X



DESCRIPCIÓN	
INSTRUMENTO PARA LA EXPLORACIÓN DEL OJO Y DEL FONDO OCULAR	

REGISTRO HISTÓRICO			
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA	FABRICANTE	RIESTER
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024	GARANTÍA	1 AÑO
FECHA DE COMPRA	14/06/2024	COSTO	4.819.500
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA	VIDA ÚTIL	SIN DATOS
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS	TELEFONO	3203019306

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTRONICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELECTRICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	50-60 HZ	TEMPERATURA DE TRABAJO	5-40°C
VOLTAJE	100-127V	CORRIENTE	SIN DATOS	POTENCIA	0,3W	PESO	0,5KG

MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	

SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
			X	CALIBRACIÓN		VALIDACIÓN	

ACCESORIOS O COMPONENTES			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO / REFERENCIA	SERIE
1	CABLE DE PODER	SIN DATO	SIN DATO
1	OFTALMOSCOPIO	SIN DATO	SIN DATO
1	OTOSCOPIO	SIN DATO	SIN DATO

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES
EVITE UTILIZAR ELEMENTOS ELECTRONICOS DURANTE EL USO DEL EQUIPO
NO PERMITA LA INCIDENCIA DIRECTA DE LA LUZ SOLA DEL EQUIPO
NO DEJE CAER SUSTANCIAS SOBRE LOS MODULOS ELECTRONICOS DEL EQUIPO