

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD				Código: E.GC-BIO-001			
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS				Versión: 1.0			
					Fecha aprobación: Julio 2024			
					Página: Página 1			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO								
EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS		REG. INVIMA	2017DM-0001459-R1				
MARCA	RIESTER		D. IMPORTACIÓ	482024000078263-1				
MODELO	RI-FORMER		CLASE	IIA				
SERIE	SIN DATOS		CODIGO ECRI	NO APLICA				
ACTIVO FIJO	1002		C. DE USO	MÉDICO				
UBICACIÓN	PLAYA RICA		C. BIOMÉDICA	DIAGNÓSTICO				
MOVIL			FIJO	X				
DESCRIPCIÓN								
INSTRUMENTO PARA LA EXPLORACIÓN DEL OJO Y DEL FONDO OCULAR								
REGISTRO HISTÓRICO								
FECHA DE FABRICACIÓN		NO REGISTRA		FABRICANTE		RIESTER		
FECHA DE INSTALACIÓN		16/07/2024		GARANTÍA		1 AÑO		
FECHA DE COMPRA		14/06/2024		COSTO		4.819.500		
MODO DE ADQUISICIÓN		COMPRA		VIDA ÚTIL		SIN DATOS		
DISTRIBUIDOR		EQUIMEDICAS		TELEFONO		3203019306		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTRONICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELECTRICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	50-60 HZ	TEMPERATURA DE TRABAJO	5-40°C	
VOLTAJE	100-127V	CORRIENTE	SIN DATOS	POTENCIA	0,3W	PESO	0,5KG	
MANUALES								
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS		
SOPORTE TÉCNICO								
	PERIODICIDAD					ESTADO		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO	
			X			X		
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD				
			X	CALIBRACIÓN		VALIDACIÓN		
ACCESORIOS O COMPONENTES								
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			MODELO / REFERENCIA		SERIE		
1	CABLE DE PODER			SIN DATO		SIN DATO		
1	OFTALMOSCOPIO			SIN DATO		SIN DATO		
1	OTOSCOPIO			SIN DATO		SIN DATO		
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES								
EVITE UTILIZAR ELEMENTOS ELECTRONICOS DURANTE EL USO DEL EQUIPO								
NO PERMITA LA INCIDENCIA DIRECTA DE LA LUZ SOLA DEL EQUIPO								
NO DEJE CAER SUSTANCIAS SOBRE LOS MODULOS ELECTRONICOS DEL EQUIPO								