

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD				Código: E.GC-BIO-001		
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS				Versión: 1.0		
					Fecha aprobación: Julio 2024		
					Página: Página 1		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO	LÁMPARA AUXILIAR	REG. INVIMA	2023DM-0009826-R1				
MARCA	WELCH ALLYN	D. IMPORTACIÓN	032023001760085-7				
MODELO	GS 300	CLASE	I				
SERIE	23198-901067	CODIGO ECRI	NO APLICA				
ACTIVO FIJO	1011	C. DE USO	APOYO				
UBICACIÓN	PLAYA RICA	C. BIOMÉDICA	DIAGNÓSTICO				
MOVIL	X	FIJO					
DESCRIPCIÓN							
EQUIPO UTILIZADO PARA MEJORAR LOS EXÁMENES DE LOS PACIENTES							
REGISTRO HISTÓRICO							
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA		FABRICANTE	WELCH ALLYN			
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024		GARANTÍA	2 AÑOS			
FECHA DE COMPRA	14/06/2024		COSTO	3.808.000			
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA		VIDA ÚTIL	SIN DATOS			
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS		TELEFONO	3203019306			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTRICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELECTRICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	50 Hz - 60 Hz	TEMPERATURA DE TRABAJO	5°C - 40°C
VOLTAJE	100 V - 240 V	CORRIENTE	0,35 A	POTENCIA	SIN DATO	PESO	5,78 Kg
MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	
SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
			X	CALIBRACIÓN		VALIDACIÓN	
ACCESORIOS O COMPONENTES							
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			MODELO / REFERENCIA		SERIE	
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES							
NO EXPONGA EL EQUIPO A RADIACIÓN SOLAR INTENSA							