

EQUIPO	LAMPARA PARA EXAMINACIÓN CON BASE RODANTE				MARCA	WELCH ALLYN
MODELO	GS300				REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2023DM- 0009826-R1
SERIE	N/A					
CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO	
1	Cable AC	N/A	N/A	N/A		



USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	-						
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA	-	I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION	-	IIA		ELECTRONICO	X	NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION	-	IIB		MECANICO		VAPOR	
OTRO	X	ANALISIS DE LABORATORIO	-	III		ELECTROMECANICO		SOLAR	
PROVEEDOR		EQUIMEDICAS		TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com		
FABRICANTE		WELCH ALLYN INC.		TEL.	N/A	PAIS	ESTADOS UNIDOS		
CARACTERISTICAS TÉCNICAS							OTROS SUMINISTROS		
VOLTAJE AC		100-240 V	PRESION	N/A		GRASA			
VOLTAJE DC (BATERÍA DE RESPALDO)		N/A	VELOCIDAD	N/A		AGUA			
CORRIENTE ELÉCTRICA		0.35A	VACIO	N/A		AIRE			
POTENCIA		38VA	PESO DEL EQUIPO	5.7KG		VAPOR			
FRECUENCIA		50 - 60 HZ	CAPACIDAD DE CARGA	N/A		REFRIGERANTE			
CONDICIONES AMBIENTALES			DIMENSIONES		61cmX27.5cm	GAS			
PRESIÓN		N/R	FLUJO	N/A		ENERGIA	X		
TEMPERATURA		+10°C - +40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE			ACEITE			
HUMEDAD RELATIVA		30% - 70%	50000 HORAS			OTROS			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12