EQUIMEDICAS
NIT 93406518-5 IVA REGIMEN COMUN

Importación y venta de equipos Biomédicos
Venta de Material Médico Quirúrgico e Insumos
Hospitalarios, Mantenimiento Hospitalario

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	LAMPARA PARA EXAMINACIÓN CON BASE RODANTE	MARCA	WELCH ALLYN
MODELO	GS600	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2023DM-0009826-R1
SERIE	NO APLICA		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Cable AC	N/A	N/A	N/A	

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	-						
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA	-	I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION	-	IIA		ELECTRONICO	X	NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION	-	IIB		MECANICO		VAPOR	
OTRO	X	ANALISIS DE LABORATORIO	-	III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	WELCH ALLYN INC.	TEL.	N/A	PAIS	ESTADOS UNIDOS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	100-240 V	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC (BATERÍA DE RESPALDO)	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	0.65A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	71.5VA	PESO DEL EQUIPO	7.87KG	VAPOR	
FRECUENCIA	50 - 60 HZ	CAPACIDAD DE CARGA	N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	149.0X53 cm	GAS	
PRESIÓN	N/R	FLUJO	N/A	ENERGIA	X
TEMPERATURA	10-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	30-70%	50000 HORAS		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12