

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD		Código: E.GC-BIO-001	
			Versión: 1.0	
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS		Fecha aprobación: Julio 2024	
				Página: Página 1

INFORMACIÓN DEL EQUIPO				
EQUIPO	ANALIZADOR DE QUIMICA	REG. INVIMA	2015DM 0013383	
MARCA	MINDRAY	D. IMPORTACIÓN	032023000717204-1	
MODELO	BS-240 PRO	CLASE	IIA	
SERIE	YX-34007063	CODIGO ECRI	15-551	
ACTIVO FIJO	1018	C. DE USO	APOYO	
UBICACIÓN	LABORATORIO	C. BIOMÉDICA	ANÁLISIS DE LABORATORIO	
MOVIL		FIJO	X	

DESCRIPCIÓN	
EL ANALIZADOR QUIMICO AUTOMATIZADO CONCEBIDO PARA EL DIAGNÓSTICO IN VITRO EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS Y DISEÑADO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA IN VITRO DE ANÁLISIS BIOQUÍMICOS CLÍNICOS EN SUERO, PLASMA, ORINA O EN MUESTRAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO.	

REGISTRO HISTÓRICO			
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA	FABRICANTE	MINDRAY
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024	GARANTÍA	1 AÑO
FECHA DE COMPRA	14/06/2024	COSTO	117.473.000
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA	VIDA ÚTIL	SIN DATOS
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS	TELEFONO	3203019306

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTRONICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELECTRICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	50-60 HZ	TEMPERATURA DE TRABAJO	5-40°C
VOLTAJE	100-127V	CORRIENTE	9A	POTENCIA	1000VA	PESO	79KG

MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	

SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
			X	CALIBRACIÓN		VALIDACIÓN	

ACCESORIOS O COMPONENTES			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO / REFERENCIA	SERIE
1	CABLE DE PODER	SIN DATO	SIN DATO

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES	
EVITE UTILIZAR ELEMENTOS ELECTRONICOS DURANTE EL USO DEL EQUIPO	
NO PERMITA LA INCIDENCIA DIRECTA DE LA LUZ SOLA DEL EQUIPO	
NO DEJE CAER SUSTANCIAS SOBRE LOS MODULOS ELECTRONICOS DEL EQUIPO	