

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD				Código: E.GC-BIO-001		
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS				Versión: 1.0		
					Fecha aprobación: Julio 2024		
Página: Página 1							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	REG. INVIMA	2016EBC-0014448				
MARCA	MINDRAY	D. IMPORTACIÓ	352024000059639-3				
MODELO	UMEC10	CLASE	IIB				
SERIE	KN-38206111	CODIGO ECRI	11-379				
ACTIVO FIJO	0987	C. DE USO	MÉDICO				
UBICACIÓN	PLAYA RICA	C. BIOMÉDICA	DIAGNÓSTICO				
MOVIL	X	FIJO					
DESCRIPCIÓN							
INDICADO PARA MONITOREO DE PARAMETROS VITALES DEL PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL DURANTE SU PERMANENCIA EN CLINICA. SE USA EN CUIDADOS INTENSIVOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS, SALAS DE CIRUGIA, UNIDADES DE OBSERVACION Y POST OPERATORIOS							
REGISTRO HISTÓRICO							
FECHA DE FABRICACIÓN	SIN DATO		FABRICANTE	MINDRAY			
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024		GARANTÍA	1 AÑO			
FECHA DE COMPRA	14/06/2024		COSTO	6.664.000			
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA		VIDA ÚTIL	SIN DATOS			
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS		TELEFONO	3203019306			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTRONICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELECTRICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	50-60HZ	TEMPERATURA DE TRABAJO	0-40°C
VOLTAJE	100-240 VAC	CORRIENTE	1,5A	POTENCIA	SIN DATO	PESO	4Kg
MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	
SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
		X		CALIBRACIÓN	X	VALIDACIÓN	
ACCESORIOS O COMPONENTES							
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		MODELO / REFERENCIA		SERIE		
1	CABLE DE ECG		SIN DATO		SIN DATO		
1	SENSOR SPO2		SIN DATO		SIN DATO		
1	MANGUERA NIBP		SIN DATO		SIN DATO		
1	BRAZALETE		SIN DATO		SIN DATO		
1	CABLE DE PODER		SIN DATO		SIN DATO		
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES							
ANTES DE SU USO VERIFIQUE LA CONFIGURACION DE LOS LIMITES Y VOLUMEN DE LA ALARMA							
EN CASO DE PENETRAR LIQUIDO NO CONECTE EL EQUIPO EN LA RED ELÉCTRICA							
SOLO DEBE DE UTILIZAR ACCESORIOS Y ARTICULOS DESECHABLES AUTORIZADOS POR EL FABRICANTE							
EXISTE PELIGRO DE EXPLOSIÓN CUANDO ES UTILIZADO CON ANESTESIA INFLAMABLE							
NO UTILICE EL EQUIPO, CUANDO SE PRACTIQUE UNA RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR. UNA TENSIÓN INDUCIDA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS							