

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	MONITOR FETAL (DUAL)			MARCA	EDAN
MODELO	F3			REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2019EBC-0001783-R1
SERIE	560034-M23C09990010				
CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
2	Transductor US	-	-	-	
1	Transductor TOCO	-	-	-	
3	Resmas de papel	-	-	-	
1	Cable AC	-	-	-	
1	Marcador de eventos remoto	-	-	-	
3	Bandas elásticas de sujeción	-	-	-	
1	Frasco de gel	-	-	-	
1	Manual de usuario en español	-	-	-	
1	Guía rápida en español	-	-	-	
1	Set X2 fusibles	-	-	-	
1	Batería de respaldo	-	-	-	



USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA				
		DIAGNOSTICO	X							
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA			I		ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION			IIA		ELECTRONICO	X	NEUMATICO	
APOYO	X	REHABILITACION			IIB	X	MECANICO		VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO			III		ELECTROMECHANICO		SOLAR	
PROVEEDOR		EQUIMEDICAS		TEL.	2612358	CORREO	equimedicass1@yahoo.com			
FABRICANTE		EDAN INSTRUMENTS INC		TEL.	N/A	PAIS	CHINA			
CARACTERISTICAS TÉCNICAS							OTROS SUMINISTROS			
VOLTAJE AC		110V	PRESION		N/A		GRASA			
VOLTAJE DC		14.8V	VELOCIDAD		N/A		AGUA			
CORRIENTE		0.63A	VACIO		N/A		AIRE			
POTENCIA		70VA	PESO DEL EQUIPO		3.5Kg		VAPOR			
FRECUENCIA		60Hz	CAPACIDAD DE CARGA		N/A		REFRIGERANTE			
CONDICIONES AMBIENTALES			DIMENSIONES		35X30X10cm		GAS			
			FLUJO		N/A		ENERGIA		X	
TEMPERATURA	5-40°C		AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE				ACEITE			
HUMEDAD RELATIVA		15-93%	N/R				OTROS		X	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12