

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD		Código: E.GC-BIO-001	
			Versión: 1.0	
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS		Fecha aprobación: Julio 2024	
				Página: Página 1

INFORMACIÓN DEL EQUIPO				
EQUIPO	OXIMETRO DE PULSO	REG. INVIMA	2020EBC-0005674-R1	
MARCA	EDAN	D. IMPORTACIÓN	872024000027938-9	
MODELO	H100B	CLASE	I	
SERIE	360101-M23C09930170	CODIGO ECRI	12-853	
ACTIVO FIJO	1006	C. DE USO	MÉDICO	
UBICACIÓN	ALMACEN	C. BIOMÉDICA	DIAGNÓSTICO	
MOVIL	X	FIJO		

DESCRIPCIÓN	
MONITOREO CONTINUO O VERIFICACIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO ARTERIAL FUNCIONAL (SPO2) Y FRECUENCIA DE PULSO ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL, UTILIZADO EN HOSPITALES, AMBIENTES DE TRASPORTE Y MÓVILES, INSTALACIONES TIPO HOSPITAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DE CUIDADO EN CASA	

REGISTRO HISTÓRICO			
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA	FABRICANTE	EDAN
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024	GARANTÍA	1 AÑO
FECHA DE COMPRA	14/06/2024	COSTO	1.099.942
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA	VIDA ÚTIL	SIN DATOS
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS	TELEFONO	3203019306

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTRONICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELECTRICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	50-60HZ	TEMPERATURA DE TRABAJO	5-40°C
VOLTAJE	110-240VAC	CORRIENTE	0,8A	POTENCIA	6,4W	PESO	165 G

MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	

SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
		X		CALIBRACIÓN	X	VALIDACIÓN	

ACCESORIOS O COMPONENTES			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO / REFERENCIA	SERIE
1	CARGADOR	SIN DATO	SIN DATO
1	SENSOR DE SATURACIÓN ADULTO	SIN DATO	SIN DATO

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES	
NO DEJE DESCARGAR LA BATERIA EN SU TOTATILIDAD	
NO DEJE MOJAR EL OXIMETRO	
NO DEJE CAER EL EQUIPO	