

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD		Código: E.GC-BIO-001	
			Versión: 1.0	
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS		Fecha aprobación: Julio 2024	
				Página: Página 1

INFORMACIÓN DEL EQUIPO				
EQUIPO	PESA BEBE	REG. INVIMA	2013DM-0010061	
MARCA	HEALTH O METER	D. IMPORTACIÓN	032024000537263-4	
MODELO	522KL	CLASE	I	
SERIE	5220009170	CODIGO ECRI	12-853	
ACTIVO FIJO	1009	C. DE USO	MÉDICO	
UBICACIÓN	PLAYA RICA	C. BIOMÉDICA	DIAGNÓSTICO	
MOVIL		FIJO	X	

DESCRIPCIÓN	
DETERMINACION DEL PESO CORPORAL, GRACIAS A QUE CUENTAN CON UN SISTEMADIGITAL, FACILITA CALCULAR EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC). LA AMPLIA GAMA DEMODELOS Y SU USO INTECIONAL PERMITE QUE ESTE DIRIGIDO TANTO A NEONATOS, NIÑOSY PERSONAS ADULTAS. PARA USO EN AMBIENTES HOSPITALARIOS, CONSULTORIOSPARTICULARES Y HOMECARE	

REGISTRO HISTÓRICO			
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA	FABRICANTE	HEALTH O METER
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024	GARANTÍA	1 AÑO
FECHA DE COMPRA	14/06/2024	COSTO	2.555.000
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA	VIDA ÚTIL	SIN DATO
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS	TELEFONO	3203019306

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTRONICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELECTRICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	50-60HZ	TEMPERATURA DE TRABAJO	5-40°C
VOLTAJE	110-240VAC	CORRIENTE	NO REGISTRA	POTENCIA	NO REGISTRA	PESO	NO REGISTRA

MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	

SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
		X		CALIBRACIÓN	X	VALIDACIÓN	

ACCESORIOS O COMPONENTES			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO / REFERENCIA	SERIE
1	CARGADOR	SIN DATOS	SIN DATOS

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES	
INSTALAR LA PESA SOBRE UNBA SUPERFICIE PLANA Y UNIFORME	
NO PERMITA LA INCIDENCIA DIRECTA DE LA LUZ SOLA DEL EQUIPO	
NUNCA EXCEDA EL PESO MAXIMO	