

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD		Código: E.GC-BIO-001				
			Versión: 1.0				
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS		Fecha aprobación: Julio 2024				
				Página: Página 1			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO	SILLA DE RUEDAS	REG. INVIMA	2015DM-0013264				
MARCA	KONFORT PLUS	D. IMPORTACIÓN	NO APLICA				
MODELO	SR99	CLASE	I				
SERIE	NO REGISTRA	CODIGO ECRI	10-797				
ACTIVO FIJO	1015	C. DE USO	APOYO				
UBICACIÓN	PLAYA RICA	C. BIOMÉDICA					
MOVIL	X	FIJO					
DESCRIPCIÓN							
SON INDICADAS PARA AQUELLAS PERSONAS CON ALGÚN GRADO DE DIFICULTAD EN SU DESPLAZAMIENTO							
REGISTRO HISTÓRICO							
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA	FABRICANTE	ROOM 506, ZHONGJIAN				
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024	GARANTÍA	1 AÑO				
FECHA DE COMPRA	14/06/2024	COSTO	740.000				
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA	VIDA ÚTIL	SIN DATO				
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS	TELEFONO	3203019306				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	MECÁNICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	NO APICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	NO APLICA	TEMPERATURA DE TRABAJO	10°C - 35°C
VOLTAJE	NO APLICA	CORRIENTE	NO APICA	POTENCIA	NO APLICA	PESO	16,9 Kg
MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	
SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
			X	CALIBRACIÓN		VALIDACIÓN	
ACCESORIOS O COMPONENTES							
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		MODELO / REFERENCIA		SERIE		
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES							
NO UTILICE DISOLVENTES FUERTES							
NO EXPONGA LA SILLA DE RUEDAS A LUZ SOLAR DIRECTA Y A ALTAS TEMPERATURAS							
NO EXCEDER LOS 100 KG							