

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD		Código: E.GC-BIO-001				
			Versión: 1.0				
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS		Fecha aprobación: Julio 2024				
				Página: Página 1			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO	TENSIOMETRO ADULTO	REG. INVIMA	2018DM-0018127				
MARCA	WELCH ALLYN	D. IMPORTACIÓN	SIN DATO				
MODELO	DURASCHOK	CLASE	I				
SERIE	231211064928	CODIGO ECRI	NO APLICA				
ACTIVO FIJO	1004	C. DE USO	MÉDICO				
UBICACIÓN	PLAYA RICA	C. BIOMÉDICA	DIAGNÓSTICO				
MOVIL	X	FIJO					
DESCRIPCIÓN							
EQUIPO UTILIZADO PARA MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA, LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA							
REGISTRO HISTÓRICO							
FECHA DE FABRICACIÓN	SIN DATO	FABRICANTE	WELCH ALLYN				
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024	GARANTÍA	1 AÑO				
FECHA DE COMPRA	14/06/2024	COSTO	583.100				
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA	VIDA ÚTIL	SIN DATOS				
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS	TELEFONO	3203019306				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	NEUMÁTICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	NO APLICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	NO APLICA	TEMPERATURA DE TRABAJO	0-40°C
VOLTAJE	NO APLICA	CORRIENTE	NO APLICA	POTENCIA	NO APLICA	PESO	SIN DATOS
MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	
SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
		X		CALIBRACIÓN	X	VALIDACIÓN	
ACCESORIOS O COMPONENTES							
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		MODELO / REFERENCIA		SERIE		
1	BRAZALETE		ADULTO		NO REGISTRA		
1	PERA		SIN DATO		NO REGISTRA		
1	MANÓMETRO		SIN DATO		NO REGISTRA		
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES							
NO INSUFLE EL BRAZALETE POR ENCIMA DE 300 mmHg							
NO EXPONGA EL EQUIPO A RADIACIÓN SOLAR INTENSA							
NO TOQUE EL EQUIPO CON ELEMENTOS AFILADOS DURANTE SU USO O ALMACENAMIENTO							
NO INSTALE EL BRAZALETE SOBRE ARTÍCULOS O PRENDAS							
NO SE DEBE MANTENER INFLADO EL BRAZALETE MÁS DE LO NECESARIO. NO AGITE O DEJE CAER EL TENSIÓMETRO							