HOSPITAL LA MISERICORDIA	GESTIÓN DE CALIDAD	Código: E.GC-BIO-001
		Versión: 1.0
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS	Fecha aprobación: Julio 2024
		Página: Página 1

INFORMACIÓN DEL EQUIPO				
EQUIPO	UNIDAD ODONTOLÓGICA	REG. INVIMA	SIN DATO	
MARCA	DYNAMIC	D. IMPORTACIÓ	NO APLICA	
MODELO	GOLD	CLASE	I	
SERIE	NO REGISTRA	CODIGO ECRI	18-531	
ACTIVO FIJO	1016	C. DE USO	APOYO	
UBICACIÓN	PLAYA RICA	C. BIOMÉDICA	EQUIPO ODONTOLÓGICO	
MOVIL		FIJO	X	

DESCRIPCIÓN
EQUIPO QUE PERMITE ACOMODAR AL PACIENTE Y REALIZAR LA INTERVENCIÓN ODONTOLÓGICA EN LAS MEJORES CONDICIONES.

REGISTRO HISTÓRICO			
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA	FABRICANTE	DYNAMIC
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024	GARANTÍA	1 AÑO
FECHA DE COMPRA	14/06/2024	COSTO	13.900.000
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA	VIDA ÚTIL	SIN DATO
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS	TELEFONO	3203019306

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	60 Hz	TEMPERATURA DE TRABAJO	10°C - 35°C
VOLTAJE	120 V	CORRIENTE	SIN DATO	POTENCIA	60W	PESO	SIN DATO

MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	

SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					**ESTADO**	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	**TIPO DE ACTIVIDAD**			
			X	CALIBRACIÓN		VALIDACIÓN	

ACCESORIOS O COMPONENTES			
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**	**MODELO / REFERENCIA**	**SERIE**
1	LAMPARA	SIN DATO	SIN DATO
1	ESCUPIDERA	SIN DATO	SIN DATO
1	SILLON DENTAL	SIN DATO	SIN DATO
1	GRUPO HÍDRICO	SIN DATO	SIN DATO
1	SILLA	SIN DATO	SIN DATO

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES
NO TOCAR CON LOS DEDOS LA LÁMPARA, YA QUE SE PUEDE QUEMAR
ENCENDER EL COMPRESOR Y CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA LA UNIDAD ANTES DE INICIAR SU FUNCIONAMIENTO